

# EG – Konformitätserklärung EC – declaration of conformity



Der Hersteller / The manufacturer

Union Instruments GmbH  
Zeppelinstrasse 42  
76185 Karlsruhe

erklärt hiermit, dass folgend bezeichnete Produkte / hereby declares, that following named products:

|                     |               |               |          |
|---------------------|---------------|---------------|----------|
| Produktbezeichnung: | Gasanalysator | Gerätegruppe: |          |
| Product name:       | Gas Analyzer  | device group: | INCA4003 |

konform sind mit den Anforderungen, die in der EG – Richtlinie festgelegt sind / are compliant with the requirements as defined in the EC directive:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>2006/42/EG</b>  | <b>Maschinenrichtlinie</b>                |
| <b>2006/42/EC</b>  | <b>Machinery directive</b>                |
| <b>2004/108/EG</b> | <b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b> |
| <b>2004/108/EC</b> | <b>Electromagnetic compatibility</b>      |

Angewandte harmonisierte Normen / Used harmonized standards:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>DIN EN 61010-1:2011</b>   | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen;<br>Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 1: General requirements |
| <b>DIN EN ISO 12100:2011</b> | Sicherheit von Maschinen- Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung<br>Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction   |
| <b>DIN EN 61326-1:2006</b>   | Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen<br>Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements               |

|  |  |
|--|--|
| Name des Dokumentationsbevollmächtigten:<br>Name delegate of documentation       | Schlichter   |
| Adresse des Dokumentationsbevollmächtigten:<br>address delegate of documentation | siehe Adresse des Herstellers<br>see address of manufacturer |

Bei einer nicht autorisierten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. / Any unauthorized modification of the device results in invalidity of this declaration.

Karlsruhe, August 2014

Dokument elektronisch erstellt  
ohne Unterschrift gültig